

BILAGA 1**Tabell 1.** Ytaktivitetens gränser vid användning av öppna källor.

Radioaktivt ämne	Arbetsplatser och arbetsredskap		Arbetstagare	
	Kontrollerat område (Bq/cm ²)	Övervakat område (Bq/cm ²)	Kläder (Bq/cm ²)	Hud (Bq/cm ²)
Alfastrålare	4	0,4	0,4	0,2
Beta- och gammastrålare	40	4	4	2

Tabell 2. Registreringströsklar.

Dos	Registreringströsklar för olika dosstorheter
Djupdos av foton- och betastrålning	0,10 mSv/mån.
Ytdos	1,00 mSv/mån.
Intern dos	0,10 mSv
Sköldkörteldos	2,00 mSv
Djupdos av neutroner	0,20 mSv/mån.
Ögondos	1,00 mSv/mån.
Fingerdos	1,00 mSv/mån.
Kalkylerad effektiv dos	0,10 mSv